CT-1000

| *Unidad de Refracción*



Información General

Equipo: Unidad de Refracción

Marca: Optic’s

Modelo: CT-1000

País de Origen: China

Vida útil Estimada: N/A

Registro INVIMA: NO REQUIERE

Clasificación del riesgo: N/A

Descripción del Equipo

Equipo utilizado para realizar exámenes oculares.

Características Técnicas

Tamaño de la unidad	96 cm Ancho x 131 cm Largo x 90 cm Altura
Altura unidad	Min: 88 cm, Max: 100 cm
Movimiento mesa derecha a izquierda	30 cm de desplazamiento
Potencia de consumo	120 W
Fuente de alimentación	110 V/60 Hz
Peso	240 kilos
Tamaño del cajón	56 cm Ancho x 36 cm Largo
Tamaño de la mesa	95 cm Ancho x 46 cm Largo
Rango apertura de la mesa	0 – 90 °
Potencian de luz lampara	3 W
Dimensiones Brazo Foroptero	Min: 50 cm, Max: 64cm
Altura Brazo Foroptero	100 cm Alto, 5 cm Largo
Movimiento foroptero horizontal	Graduable 0 - 20 cm
Altura Brazo Foroptero	45 cm
Dimensión de la silla	63 cm Ancho x 136 cm Altura x 63 cm Largo
Altura silla desde al asiento	Min: 57 cm, Max: 72 cm
Soportes de la mesa	Plataforma fija
Seguro protector para piernas paciente	No
Capacidad de carga de la silla	200 – 250 Kg
Espaldar Reclinable	Si
Accesorios	Cable de poder AC, Silla para paciente, Cable comunicación silla - unidad principal, Panel de control, Brazo para foroptero - lampara, Cajón para guardar caja de pruebas.

Condiciones de Operación

Temperatura ambiente: 5°C a +40°C

Humedad relativa: 30 - 85% de humedad relativa.

Requerimientos eléctricos: Toma corriente con polo a tierra

Nivel de ruido: ≤ 50 dB

Recomendaciones de instalación: Ubicar en una superficie estable, conectar cable de poder en la parte de trasera del equipo, conectar el cable de la silla en su respectivo espacio, ajustar los tapones niveladores de la silla para evitar desniveles.

Mantenimiento y Seguridad

El mantenimiento preventivo debe realizarse de manera periódica por personal calificado. Se recomienda limpiar las superficies externas con paño suave y seco, evitar el uso de solventes, proteja el equipo del polvo y la humedad.

PRECAUCIÓN: Por favor, mantener el equipo de manera estable en la superficie.

Documentación Adjunta

- Hoja de vida
- Cronograma de mantenimiento
- Reporte de verificación
- Acta de entrega
- Carta de garantía
- Manual de usuario en español
- Declaración de importación

Calle 20 Ave. San Eladio Local 2-B Manzana 30
Zona Libre de Colón - Panamá
Cel: +507 4310343
Correo: optifalconpanama@gmail.com